

Dodatečná informace č. 1

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

dne 19. 01. 2023

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Lůžko vyhřívané s fototerapií

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č.1:

„Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 - ZD – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů, vyhřívané lůžko s fototerapií s parametrem: Lůžko vhodné pro umístění dvojčat, rozměr min. 620 x 800 mm. Uchazeč může nabídnout vyhřívané lůžko s rozměry 485 x 745 mm. Bude zadavatel akceptovat i uchazečem navrhované řešení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na rozměrovém parametru min. 620 x 800 mm z důvodu využití pro dva novorozence najednou.

Dotaz č.2:

„Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 - ZD – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů, vyhřívané lůžko s fototerapií s parametrem: Regulace teploty v rozsahu min. 33–37 °C. Uchazeč může nabídnout vyhřívané lůžko s regulací teploty v rozsahu min. 34–38 °C. Bude zadavatel akceptovat i uchazečem navrhované řešení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

Zadavatel v úvodu technické specifikace vymezuje na parametry 10 % toleranci. Nabízený parametr 34-38 °C je v této toleranci a splňuje podmínky technické specifikace.

Dotaz č.3:

„Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 - ZD – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů, vyhřívané lůžko s fototerapií s parametrem: Součástí dodávky je elektroinstalace vhodná pro připojení dalších přístrojů. Uchazeč může nabídnout vyhřívané lůžko bez el. zásuvek (elektroinstalace) pro připojení dalších přístrojů. Bude zadavatel akceptovat i uchazečem navrhované řešení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.3:

Zadavatel trvá na možnosti připojení aktuálně používaných přístrojů, případně dalšího el. příslušenství.

Dotaz č.4:

„Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 - ZD – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů, vyhřívané lůžko s fototerapií s parametrem: Součástí dodávky je centrální rozvod kyslíku (4 výstupy). Uchazeč může nabídnout vyhřívané lůžko bez centrálního rozvodu kyslíku. Bude zadavatel akceptovat i uchazečem navrhované řešení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.4:

Výstupy na centrální rozvod kyslíku jsou nutné pro provoz na GYN-POR oddělení a zadavatel tedy trvá na tomto požadavku.

Dotaz č.5:

„Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 - ZD – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů, vyhřívané lůžko s fototerapií s parametrem: Součástí dodávky jsou vyhřívané podložky s vlastní regulací, rozměr ložné plochy 350 x 550 x 30 mm (2 kusy). Uchazeč může nabídnout vyhřívané lůžko s 2 kusy gelové matrace (galvanické oddělení) o rozměru 485 x 745 mm s regulací vyhřívání z řídicí a regulační jednotky vyhřívaného lůžka. Bude zadavatel akceptovat i uchazečem navrhované řešení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.5:

Zadavatel nepřipouští větší rozměr z důvodu kompatibility s aktuálně používanými zdravotnickými prostředky v majetku NsP Česká Lípa, u podložek je žádoucí víceúčelové použití dle provozních požadavků oddělení.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S pozdravem

.....
Ing. Lukáš Mlejnek
vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek