



Compet Consult

S. r. o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OR/NsPCL2/23	Pýchová / 724 365 227	23.2.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

„Obnova infuzní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), zasíláme **vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ Obnova infuzní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“**.

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje pro lineární dávkovače i infuzní pumpy v příloze Formulář technické specifikace dodávek: „**Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice**“.

Účastník by rád nabídl infuzní techniku s technologií inteligentního plnohodnotného dotykového ovládání prostřednictvím barevného, kapacitního dotykového displeje s úhlopříčkou 3,5" nebo 7" s intuitivním uživatelským rozhraním, které podporuje jednoduché používání tak, že zobrazuje důležité parametry v elegantním rozvržení. Tento způsob ovládání infuzní techniky je pro pacienta i obsluhující personál bezpečný a velmi uživatelsky přívětivý a nijak negativně neovlivňuje medicínský účel, pro který je infuzní technika pořizována.

Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout infuzní techniku s plnohodnotným ovládáním pomocí dotykového displeje?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Použití fóliové klávesnice je pro zadavatele zkušenostmi prověřený způsob ovládání infuzní techniky při práci v náročném provozu na jednotkách intenzivní péče. Již ze samotné konstrukce jsou fóliové klávesnice pro ovládání infuzní techniky odolnější proti vnějším vlivům, a to zejména proti zatečení, reakce na stisknutí apod. Odpadá možnost nereagování na příkaz např. díky suchým, mastným, mokřím prstům nebo odezvě přes rukavice.

Zadavatel je přesvědčen, že ze samotné konstrukce dotykového displeje je reálnější možnost jeho poškození při manipulaci a též vyšší pravděpodobnost zatečení infuzních roztoků do přístroje nebo do dotykové vrstvy displeje při polítky infuzní techniky. Výměna dotykového displeje se jeví jako nákladnější než výměna fóliové klávesnice.

Z těchto důvodů zadavatel trvá na požadavku ovládání pomocí fóliové klávesnice.

Zadávací dokumentace se tímto vysvětlením nemění. Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem

Petra Pýchová, DiS.
Administrátor zadávacího řízení

sídlo
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4 - Nusle

kancelář Liberec
Tržní náměstí 876/11
460 01 Liberec
telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222