



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Preambule

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Práva a povinnosti zadavatele a účastníků se řídí touto výzvou a těmito základními zadávacími podmínkami (dále jen „ZP“) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (vydání 1.14, platnost od 01.03.2021) vydaným jako příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotací z Integrovaného operačního programu. V případě, že jsou v ZP uvedeny odkazy na znění ZZVZ, je to míněno pouze jako podpůrné opatření.

Veškeré komunikace mezi zadavatelem a účastníkem budou probíhat výhradně elektronickými prostředky, a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci.

Kompletní Zadávací dokumentace včetně všech příloh je volně přístupná na profilu zadavatele:
<https://profily.proebiz.com/profile/27283518>

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele:

Profil zadavatele:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

27283518

CZ27283518

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva

Ing. Lukáš Mlejnek, vedoucí veřejných zakázek

<https://profily.proebiz.com/profile/27283518>

březen 2023

OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK (DÁLE JEN ZP)

1	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2
2	Informace k zadávacím podmínkám	5
3	Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace	5
4	Poddodavatelé	7
5	Zpracování nabídkové ceny	8
6	Způsob hodnocení nabídek	9
7	Pokyny pro zpracování nabídky	11
8	Obchodní podmínky	11
9	Termín a místo podání nabídek	12
10	Uzavření smlouvy	12
11	Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele	12
12	Závěrečná ujednání	13

Seznam příloh poskytovaných v elektronické podobě:

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 2 – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

Příloha č. 3 – Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny

Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího přístroje pro kontinuální dialýzu na oddělení ARO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

1.1.2 Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „**MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM**“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

1.2 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

1.2.1 Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „**Formuláři technické specifikace dodávek**“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Účastníci výběrového řízení jsou povinni předložit ve své nabídce technický formulář a jeho vyplněním deklarovat, zda a jakým způsobem jimi nabízený zdravotnický přístroj splňuje zadavatelem požadované technické podmínky. Pokyny pro vyplnění technického

formuláře jsou uvedeny přímo v tomto formuláři, a to včetně tolerancí, pokud je zadavatel u jednotlivých parametrů připouští.

Technické podmínky pro jednotlivé dodávky byly stanoveny jako **parametry absolutní** (povinné), tj. takové, které musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit, a **parametry hodnocené**, jejichž splnění či zvýhodnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek, způsobem uvedeným v čl. 6 těchto ZP.

V případě nedodržení požadovaných absolutních parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující podmínky zadání a bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Hodnocené parametry jsou v Technickém formuláři zvýrazněny a jsou označeny písmenem A, které určuje, o jaký typ parametru se jedná:

Hodnocený parametr **typu A je parametr nepovinný** (fakultativní, volitelný), kterým nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jeho splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 6 těchto ZP.

1.2.2 **Instruktaž obsluhy osobou k tomu oprávněnou**

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž instruktáž zdravotnického personálu zadavatele pro správné užívání dodaného přístroje osobou k tomu oprávněnou v souladu s § 41 ZZP, včetně vyhotovení protokolu o provedení instruktáže.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat instruktáž alespoň ve třech termínech podle svých aktuálních provozních potřeb. Při instruktáži je vyžadována osobní přítomnost aplikačního specialisty přímo u zadavatele. Instruktáž musí být vedena v českém jazyce.

1.2.3 **Záruční servis**

Předmět veřejné zakázky zahrnuje také poskytování bezplatného záručního servisu po dobu **záruční lhůty**, která začne běžet dnem kompletního předání celého předmětu zakázky zadavateli.

V rámci záručního servisu požaduje zadavatel provádět servis a údržbu dodaného zboží dle Části osmé ZZP v souladu s doporučením výrobce a odstraňování zjištěných vad včetně zajištění dodání náhradních dílů. U zboží, u kterého je dle ZZP předepsáno provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly – BTK, budou tyto BTK prováděny rovněž v rámci záručního servisu, v intervalech určených výrobcem.

Záruční servis bude zajišťován pouze osobami k tomu oprávněnými dle § 44 odst. 2 ZZP. Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace s pracovníky servisu bude vedena v českém jazyce.

Podrobně jsou požadavky na poskytování záručního servisu uvedeny v závazném textu návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 těchto ZP.

1.2.4 **Zvláštní podmínky pro realizaci**

Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen respektovat provoz nemocnice a postup dodávky koordinovat dle pokynů odpovědných osob zadavatele. Zadavatel se zavazuje brát ohled na logistiku dodavatele. Dodavatel složí, dopraví a instaluje dodávané zboží až na konkrétní místo určení.

1.2.5 **Technická dokumentace nabízených dodávek**

Technické parametry stanovil zadavatel se snahou o maximální objektivitu a jednoznačnost, s cílem dosáhnout nejen porovnatelnosti podaných nabídek, ale rovněž

s cílem dosáhnout účelu, pro který je dané přístrojové vybavení pořizováno.

1.2.6 Odkazy na obchodní názvy a technické normy

- 1.2.6.1 Pokud tyto ZP obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že se jedná o stávající zařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být nabízené vybavení kompatibilní, anebo z důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. V takových případech je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.
- 1.2.6.2 Pokud by se v některé části ZP vyskytly odkazy na normy nebo technické dokumenty ve smyslu § 90 odst. 1 nebo 2 ZZVZ, potom je ve smyslu § 90 odst. 3 ZZVZ rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.
- 1.2.6.3 V případě nabídnutí rovnocenného řešení ve smyslu odst. 1.2.6.1 a 1.2.6.2 je však účastník výběrového řízení povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami.

1.2.7 Obecné kvalitativní požadavky

- 1.2.7.1 Nabízený přístroj a veškeré jeho součásti a příslušenství, musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
- 1.2.7.2 Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem výběrového řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především požadavky ZPP a MDR, dále zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušných prováděcích předpisů, v platném znění, event. dle obdobných směrnic EU. Při plnění předmětu zakázky musí být rovněž splněny požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

1.2.8 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):

Přístroje pro hemodialýzu	kód: 33181100-3
Přístroje pro podporu funkce ledvin	kód: 33181000-2
Zdravotnické přístroje	kód: 33100000-1

1.2.9 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí **580.000,- Kč bez DPH.**

1.2.10 Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.

Předpokládaná doba plnění

Podpis smlouvy na realizaci zakázky: Předpoklad je duben 2023.

Lhůta dodání: Požadovaná lhůta dodávky včetně montáže, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy je **max. do 8 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

1.3 Podmínky odpovědného zadávání

- 1.3.1 Při přípravě zadávacích podmínek bylo postupováno v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ, podle kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.

2 INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- 2.1 Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat ve smyslu ustanovení § 213 ZZVZ prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
- 2.2 Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
- 2.3 Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci.
- 2.4 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze zaslat výše uvedeným způsobem nejpozději **5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.
- 2.5 Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.
- 2.6 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou všem známým zájemcům doručeny prostřednictvím systému JOSEPHINE. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle, nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, zadavatel ve smyslu ustanovení § 98 odst. 4 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek prodlouží.

3 DOKLADY K PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

3.1. Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ. Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz příloha č.1 těchto ZP).

3.2. Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením následujících dokladů:

- a) **Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) **dokladu o ohlášení činnosti distributora nabízených zdravotnických prostředků** ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí **odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků** potvrzující splnění ohlašovací povinnosti dle § 23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka výběrového řízení splněna;
- c) **dokladu o ohlášení činnosti osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků** ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí **odkaz na**

Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti dle § 23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka výběrového řízení splněna.

3.3. Podmínky společné pro prokazování způsobilosti a kvalifikace

- 3.3.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.
- 3.3.2. Dodavatel může nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením. Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení kopií, originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, účastník je pak povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit
- 3.3.3. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
- 3.3.4. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
- 3.3.5. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
- 3.3.6. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
- 3.3.7. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- 3.3.8. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se ve smyslu § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- 3.3.9. Pokud zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
- 3.3.10. V případě, že nabídku podává **více osob společně** jako jeden dodavatel (účastník výběrového řízení), zadavatel požaduje, **aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky.** Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní

účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku ponесou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se smlouvy na veřejnou zakázku.

- 3.3.11. Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Ostatní kritéria profesní způsobilosti musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky
- 3.3.12. Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
- výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby;
 - doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ takovou jinou osobou (čestné prohlášení viz Příloha č. 1 těchto ZP);
 - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby část profesní způsobilosti, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazovaná způsobilost vztahuje.
- 3.3.13 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.
- 3.3.14 Účastník výběrového řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

4 PODDODAVATELÉ

- 4.1 Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložil seznam významných poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného rozsahu plnění.
- 4.2 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá účastník zadávacího řízení (dodavatel) plnit určitou část předmětu veřejné zakázky.

- 4.3 U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník výběrového řízení určitou část kvalifikace, musí účastník výběrového řízení do nabídky předložit doklady dle bodu 3.3.12 předchozího článku těchto ZP.
- 4.4 Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou kupní smlouvy. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením nového seznamu. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (v souladu s čl. 3.3.12 těchto ZP), je možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 4.5 Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. V této souvislosti bude seznam poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše v odst. 4.3. těchto ZP.

5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, jako celkovou cenu vymezenou v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
- 5.2 V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 5.3 Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve **Formuláři pro zpracování nabídkové ceny** (dále jen cenový formulář), jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 těchto ZP. Cenový formulář je ve formátu Excel a bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář. V případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři. Vyplněný cenový formulář se stane po podpisu kupní smlouvy její přílohou.
- 5.4 Nabídková cena za dodávku přístroje musí zahrnovat veškeré náklady na výrobu a dodávku přístrojů a všech jeho součástí a příslušenství do místa plnění, instalaci (montáž a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou a dodání všech nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, jako např. dopravu včetně pojištění při přepravě, úklid a likvidace obalů a odpadů, daně, cla a jakékoliv další poplatky, úroky z případných půjček a musí zahrnovat všechna případná rizika a vlivy (především kurzových a inflačních). Nabídková cena za dodávku přístroje musí zahrnovat i náklady na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu, a to včetně náhradních dílů, práce techniků, cestovného apod. Veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky a souvisejících služeb v rámci předmětu veřejné zakázky musí být zahrnuty v nabídkové ceně za dodávku (Formuláři pro zpracování nabídkové ceny).
- 5.5 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla.

6 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1 Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou, budou posouzeny a hodnoceny.
- 6.2 Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 3 ZZVZ hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií hodnocení.

Kritéria hodnocení		Váha
1.	Celková nabídková cena bez DPH	70 %
2.	Technicko-klinické parametry dodávky	30 %

Údaje pro hodnocení všech níže uvedených kritérií zadavatel získá z nabídky účastníka zadávacího řízení.

Hodnocení nabídek bude prováděno **na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**, a to **bodovací metodou**, v souladu s dílčími kritérii hodnocení uvedenými níže a seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

- 6.2.1 **V rámci kritéria 1** bude hodnocena celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. **Získané bodové hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,7), čímž dojde k získání provážených bodů za kritérium 1.**
- 6.2.2 **V rámci kritéria 2** budou hodnoceny vybrané technicko klinické parametry dodávaného přístroje.

Konkrétní hodnocené technicko klinické parametry dodávky jsou specifikovány níže v samostatné tabulce v odst. 6.2.4 těchto ZP, kde je zároveň uvedeno i o jaký typ parametru se jedná a jaké je jeho bodové hodnocení.

Parametry typu A (parametry fakultativní)

Uchazeč ve Formuláři specifikace technických parametrů, který je přílohou č. 2 těchto ZP uvede, zda nabízený přístroj uvedený parametr splňuje (ANO/NE). Za splnění daného parametru získá účastník uvedený počet bodů a v případě, že nabízené zařízení/přístroj daným parametrem nedisponuje, žádný bod nezíská (**NE = 0 bodů**).

Hodnocení jednotlivých nabídek v rámci hodnotícího kritéria č. 2 bude provedeno tak, že body získané v jednotlivých parametrech budou sečteny, přičemž nabídka, která obdrží nejvyšší součet bodů, získá v rámci hodnocení tohoto kritéria 100 bodů a ostatní nabídky obdrží takový počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru součtové hodnoty nabídky k součtové hodnotě nejvhodnější nabídky. **Získané hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,3), čímž dojde k získání provážených bodů za kritérium 2.**

- 6.2.3 **Celkové hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality:**

Provážené body získané účastníkem zadávacího řízení v rámci kritéria 1 a kritéria 2 budou sečteny a na základě tohoto součtu stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového součtu provážených bodů.

6.2.4 Hodnocené technicko klinické parametry dodávky

V rámci kritéria č. 2 budou hodnoceny následující technicko-klinické parametry dodávky:

Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Bodová hodnota
Možnost použít 4% citrát pro citrátovou antikoagulaci	Ano/Ne	A	5 bodů
Pro zvýšení efektivity časového managementu obsluhujícího personálu zobrazení časů do výměny jednotlivých roztoků a filtrátů	Ano/Ne	A	5 bodů
Možnost změny citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti výměny setu s dialyzátorem a ukončení terapie a současně bez odpojení kalciových a citrátových setů a roztoků	Ano/Ne	A	15 bodů
Softwarově integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií (bez použití externích přístrojů) a možnost použít heparin a citrát v jedné terapii současně	Ano/Ne	A	15 bodů
Zachování průtoku krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) = kontinuální podávání citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy"	Ano/Ne	A	15 bodů
Integrované váhy pro dialyzační/substituční roztoky s váživostí min. 20 kg a dále pro odpadní filtrát s váživostí min. 20 kg	Ano/Ne	A	10 bodů
Sady spotřebního materiálu (kompletní sady) bez obsahu DEHP se syntetickou parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií	Ano/Ne	A	5 bodů
Pro snížení rizika záměny roztoků požadujeme barevné a tvarové rozlišení: <ul style="list-style-type: none"> - koncových konektorů pro vaky – sety, - pumpových segmentů – pump, - citrát/kalciových setů – citrátové/kalciové pumpy 	Ano/Ne	A	15 bodů
Možnost použití standardních filtrů různých velikostí s propustností do 30 kDa a možnost použití HCO filtru do 40 kDa při heparinových i citrátových terapiích s	Ano/Ne	A	5 bodů

originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD			
Validovaná možnost adsorpce s adsorbérem odstraňujícím cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55 kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD. Terapii je možné spustit do 15 minut po nasetování	Ano/Ne	A	10 bodů

7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 7.1 Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
- 7.2 Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.
- 7.3 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 7.4 Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>) a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh, které musí být opatřeny razítkem a podpisem účastníka. **Přílohy budou předloženy v tomto jednotném členění:**
- A. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce.
 - B. **Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace**
 - C. **Vyplněný formulář technické specifikace dodávek**, (dle přílohy č. 2 těchto ZP). Tento dokument se po uzavření kupní smlouvy stane její přílohou.
 - D. **Vyplněný formulář pro zpracování nabídkové ceny** (dle přílohy č. 3 těchto ZP). Tento dokument se po uzavření kupní smlouvy stane její přílohou.
 - E. **Přílohy** (nepovinné)
- 7.5 Účastník, který v předmětném výběrovém řízení podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci v tomtéž výběrovém řízení.

8 OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy, jehož závazný text je uveden v příloze č. 4 těchto ZP.
- 8.2 **Účastník nepředkládá do nabídky návrhy smluv.** Závazný text kupní smlouvy bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré údaje podbarvené šedě – zejména se jedná o vlastní identifikaci účastníka výběrového řízení (dodavatele), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby faktur, jméno zástupce dodavatele ve věcech technických, kontaktní údaje pro zasílání písemností a hlášení vad apod.
- 4.6 **Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že závazné texty návrhů smluv plně a bezvýhradně akceptuje. Toto čestné prohlášení**

může být učiněno v rámci Přílohy č.1 těchto ZP nebo převzetím tohoto textu a jeho vložení do některé z ostatních částí nabídky.

- 8.3 Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu kupní smlouvy nesmí účastník výběrového řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být z výběrového řízení vyloučen.
- 8.4 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrzích smluv má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 2 těchto ZP

9 TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

- 9.1 Nabídky je možné podávat **pouze v elektronické podobě** prostřednictvím portálu JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 9.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným způsobem, než je uvedeno v zadávacích podmínkách se pohlíží, jako by nebyla podána. O této skutečnosti zadavatel bezodkladně dodavatele písemně vyrozumí.
- 9.3 **Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 03. 2023 v 10:00 hod.**
- 9.4 Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky ve smyslu ustanovení § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

10 UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 10.1 Po rozhodnutí o výběru dodavatele **zadavatel všem účastníkům výběrového řízení oznámí výběr dodavatele.** Tato informace bude zaslána písemně, a to buď dopisem poštou, nebo elektronicky.
- 10.2 Po oznámení o výběru je vybraný dodavatel povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.
- 10.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli závazný návrh smlouvy ve znění odpovídajícím těmto zadávacím podmínkám a jeho nabídce.
- 10.4 Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v požadované lhůtě uzavřena, může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit a uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Odmítne-li i druhý účastník uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako třetí v pořadí. Analogicky je možné postupovat až k účastníkovi umístěnému jako poslední v pořadí.

11 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- 11.1 Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem z výběrového řízení vyloučen.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit ZP.

- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nerealizovat veřejnou zakázku částečně nebo v celém vymezeném rozsahu v závislosti na průběhu financování celého projektu z příslibené dotace.
- 11.4 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- 11.5 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení výběrového řízení.
- 11.6 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
- 11.7 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 11.8 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci veřejné zakázky. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je podle zákona o střetu zájmů povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku, takové jednání je neplatné. Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.
- 11.9 Dle § 48a ZZVZ zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Zakáz zadání veřejné zakázky se dle § 48a ZZVZ vztahuje také na významné poddodavatele (vymezené dle odst. 4.2 těchto ZP). Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.

12 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení účastníka výběrového řízení.
- 12.2 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní zadavatel smlouvy v registru smluv za pomoci automatického strojového převodu textu.

Za zadavatele:

.....
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva