

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OŘ/NsPCL3/23	Pýchová / 724 365 227	18.4.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek pro Část 2 – Mobilní skiaskopické C-rameno

„Pojízdné snímkové RTG přístroje pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), zasíláme **vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pojízdné snímkové RTG přístroje pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – Část 2 – Mobilní skiaskopické C-rameno“**. V rámci tohoto vysvětlení zadavatel upravil zadávací podmínky ve smyslu odpovědi na dotaz dodavatele a zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek pro tuto část.

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje ve specifikaci výkon generátoru min 2,2 kW a RTG zářič s rotační anodou. Rotační anoda u RTG zářiče se používá u C-ramen s vysokým výkonem generátoru určených pro dlouhotrvající vyšetření, např. angiografie nebo kardiologické výkony. Bude zadavatel akceptovat přístroj renomovaného výrobce s pevnou anodou RTG zářiče a zároveň vysokou tepelnou kapacitou systému?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Ano, zadavatel akceptuje a připouští výše uvedené navrhované řešení přístrojem s pevnou anodou. Ve smyslu této odpovědi je doplněn požadavek v příloze č. 2b zadávacích podmínek.

Zadavatel ve smyslu výše uvedené odpovědi na dotaz upravil přílohu č. 2b zadávací dokumentace. Provedené úpravy jsou zvýrazněny v textu červenou barvou.

V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace dle vysvětlení č. 1 prodlužuje zadavatel pouze pro Část 2 lhůtu pro podání nabídek uvedenou v odst. 12.2 ZP o celou svou původní délku, a to následovně:

Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek pro Část 2 do 22.5.2023 do 11:00 hodin.

Přílohy:

- Příloha č 2b ZD-Formulář technické specifikace dodávek_Mobilní RTG-Část 2-úprava 170423

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem



Petra Pýchová, DiS.
Administrátor zadávacího řízení