

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/ZPŘ/NsPCL4/23	Pýchová / 724 365 227	13.7.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 a prodloužení lhůty pro podání nabídek pro Část 1 – Laparoskopická věž

„Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), zasíláme **vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu – Část 1 – Laparoskopická věž“**.

Dotaz č.1

Zadavatel v příloze č. 2a – technická specifikace – Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu požaduje videořetězec s možností použití ICG fluorescenčního zobrazení.

Zadavatel dále však nepožaduje ICG laparoskopické optiky a světlovodné kabely, a tudíž požaduje systém, který není použitelný pro ICG aplikace.

Bude zadavatel akceptovat videořetězec s možností budoucího upgradu pro použití k ICG aplikacím, tedy: kamerovou jednotku s ICG modulem a 4K kamerovou hlavu podporující úzkopásmové zobrazení?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nepožaduje dodávku ICG laparoskopické optiky a souvisejících světlovodných kabelů. Toto příslušenství bude případně dokoupeno až při zavádění ICG operativy, kterou plánuje v budoucnu. Zadavatel při budoucím rozšíření chce dosáhnout co nejnižších dalších nákladů. V tomto smyslu bylo odpovídáno na obdobný dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1, nicméně odpověď mohla být pochopena nejednoznačně a zadavatel tedy odpověď doplňuje následujícím způsobem:

Zadavatel požaduje dodání videoprocesoru i kamerové hlavy, které bude možné v budoucnu použít pro ICG zobrazení.

Výše uvedená odpověď nevyžaduje úpravu zadávacích podmínek, resp. technické specifikace.

Zadavatel současně prodlužuje pro Část 1 lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek pro Část 1 do 31.7.2023 do 11:00 hodin.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem



Petra Pýchová, DiS.
Administrátor zadávacího řízení