



Compet Consult

S. r. o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/ZPŘ/NsPCL4/23	Pýchová / 724 365 227	19.7.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 pro Část 1 – Laparoskopická věž

„Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), zasíláme **vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu – Část 1 – Laparoskopická věž“**.

Dotaz č.1

Zadavatel v příloze č. 2a – technická specifikace – Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu požaduje u položky Kamerová hlava „Nativní rozlišení 4K min. 3840 x 2160 pixelů“.

Účastník nabízí ICG Kamerovou hlavu, která v kombinaci s Videoprocesorem poskytuje na výstupu signál ve 4K rozlišení, což splňuje požadovaný medicínský účel Zadavatele.

Tuto technologii měl možnost Uživatel vyzkoušet při bezplatné zápůjčce a byla hodnocena jako nejlepší systém ze všech testovaných. Přílohou zasíláme dotazník spokojenosti, který vyplnil Uživatel bezprostředně po testování systému. Současná specifikace nám ale neumožňuje podat nabídku a je tím pádem diskriminační.

Bude zadavatel akceptovat dodání videořetězce s ICG Kamerovou hlavou, která v kombinaci s Videoprocesorem poskytuje na výstupu signál ve 4K rozlišení?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Zadavatel trvá na požadavku nativního rozlišení 4K pro kamerovou hlavu. Mezi požadavkem zadavatele a výše uvedeným nabízeným řešením je značný technický rozdíl. Medicínským účelem zadavatele je co nejuvěrnější, nejostřejší a nejdetailnější zobrazení snímaného obrazu, kdy operatér je schopen rozeznat v operačním poli i ty nejjemnější anatomické struktury a detaily, čehož lze dosáhnout pouze kamerovou hlavou s nativním rozlišením 4K. Dotazník spokojenosti uživatele je pro průběh zadávacího řízení naprosto irelevantní a nemá k požadovanému plnění žádný vztah.

Výše uvedené odpovědi nevyžadují úpravu zadávacích podmínek, resp. technické specifikace.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem

Petra Pýchová, DiS.
Administrátor zadávacího řízení