



Compet Consult

S. r. o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/VZMR/NemČL5/23	Pýchová / 724 365 227	6.9.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

„Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu“ Část 2 - Elektrokoagulace

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám zasíláme **vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu – Část 2 – Elektrokoagulace“**.

Dotaz č.1

V Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Formulář technické specifikace dodávek) je uveden požadavek zadavatele: Zálohování dat do NIS (wifi nebo UTP).

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje se zálohováním dat na USB disk? Jedná se o alternativní technické řešení, které nemá vliv na medicínský účel.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Zadavatel neakceptuje toto řešení. Nemocnice prochází fází digitalizace a je tedy žádaná funkce zálohování dat bez nutnosti fyzicky data přenášet na samostatném nosiči.

Výše uvedené odpovědi nevyžadují úpravu zadávacích podmínek, resp. technické specifikace.

Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem

Petra Pýchová, DiS.
Administrátor zadávacího řízení