

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Klinik boxy – nádoby na nebezpečný odpad“

Vážený dodavatelé,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci v sekci 1.2.1 Specifikace předmětu plnění: požadujete u nabízených kontejnerů – nádoby o objemu 2,5 l musí mít minimální výšku 268 mm.

Naše společnost, jako významný dodavatel klinik boxů do nemocnic v ČR má kontejner o objemu 2,5 l s výškou 240 mm a nikdy jsme neměli problém, že by nevyhovoval, jelikož jeho základna má 140 mm a je tedy velmi stabilní.

Připustí zadavatel změnu v podmínkách a upraví ji u 2,5 l kontejneru na nižší hodnotu, aby se mohli účastnit i další dodavatelé?

Odpověď zadavatele č.1

Zadavatel trvá na minimální výšce u kontejneru o objemu 2,5 l, která je uvedena v technické specifikaci. Tento parametr vyplývá z potřeby zdravotníků, kdy se do nádoby s nižší výškou nevejde pipeta s krví.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem

.....

Ing. Lukáš Mlejnek

Vedoucí veřejných zakázek a nákupu