

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

**ZADAVATEL:** Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa  
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva  
IČ: 272 83 518

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### „Klinik boxy – nádoby na nebezpečný odpad“

Vážení dodavatelé,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

#### **Dotaz č.1**

*Zadavatel požaduje v ZD prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě je vyžadováno u tzv. stanovených výrobků, tj, takových, které spadají pod alespoň jedno z nařízení vlády, která byla vydána k provedení tohoto zákona, případně pod nařízení EU adaptované tímto zákonem. V tom případě výrobce prohlášením o shodě deklaruje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády.*

*Kontejnery na kontaminovaný odpad nespádají do žádné z kategorií stanovených výrobků, a proto se domníváme, že prokázání technických vlastností kontejnerů na kontaminovaný odpad je dostačující doložením certifikátů vydaných k tomu určenými zkušebnami.*

*Domníváme se, že by prohlášení o shodě nemělo být vyžadováno.*

**DOTAZ:**

*Bude zadavatel akceptovat nabídku bez doložení prohlášení o shodě?*

#### **Odpověď zadavatele č.1**

Zadavatel akceptuje nabídku bez doložení prohlášení o shodě.

---

**S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>

S pozdravem

.....  
Ing. Lukáš Mlejnek  
Vedoucí veřejných zakázek a nákupu