

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

**ZADAVATEL:** Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa  
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva  
IČ: 272 83 518

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### „Dodávky jednorázových rukavic“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

#### Dotaz č.1

*Dobrý den, připravuji nabídku na VZ "Dodávky jednorázových rukavic" a mám dotaz k zadávacím podmínkám. Požadujete certifikaci MDR - dle nařízení EU 2017/745. U výrobce jsme žádali o zaslání Prohlášení o shodě dle MDR, ale výrobce nám sdělil, že to je momentálně ve fázi řešení, což nám potvrdil oficiálním dopisem. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat, když doložíme tento dopis, kde nám výrobce sděluje, že výrobek je ve shodě dle MDR 2017/745?*

#### Odpověď zadavatele č.1

Ano, akceptujeme doložení dopisu, kde výrobce sděluje, že je výrobek ve shodě dle MDR 2017/745 za předpokladu, že je v souladu s nařízením EU 2023/607.

---

**S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4762>.

S pozdravem

.....  
Petra Kreisingerová  
Referent obchodního oddělení