

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávky jednorázových rukavic“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje, aby rukavice byly dlouhé minimálně 290 mm, avšak norma EN 455-2 požaduje délky od 250 mm u velikosti 5,5 do délky 280 mm u velikosti 9. Požadavek na délku 290 mm je nereálný. Prosíme tímto zadavatele o přehodnocení svého požadavku.

Odpověď zadavatele č.1

Zadavatel bude akceptovat v části 2 veřejné zakázky délky rukavic předepsané normou ČS EN 455-2. V tomto smyslu mění zadávací podmínky a upravuje délku rukavic z 290 mm na min. 260 mm u dotčené části v příloze č.3 Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů. Provedené úpravy jsou zvýrazněny v textu červenou barvou.

Dotaz č.2

Zadavatel požaduje balení max 50 ks. Prosíme o upřesnění, zda se jedná o max 25 párů, nebo max 50 párů?

Odpověď zadavatele č.2

Zadavatel požaduje max. 50ks, kdy kus=pár. Nejedná se tedy o max. 50 párů. Zadavatel ve smyslu odpovědi upravil přílohu č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů zadávací dokumentace. Provedené úpravy jsou zvýrazněny v textu červenou barvou.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4762>.

S pozdravem

.....
Ing. Lukáš Mlejnek
Vedoucí obchodního oddělení