

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

**ZADAVATEL:** Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa  
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva  
IČ: 27283518

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Dodávka kloubních náhrad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“**

Vážení dodavatelé,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

#### Dotaz č.1

Zadavatel uvádí v bodě 4.3.1 – Seznam významných dodávek – popis jednoho z kritérií technické kvalifikace a způsob jeho prokázání.

Chápe Uchazeč správně vymezení požadavku tak, že zadavatel požaduje 3 významné dodávky od 3 odběratelů dodaných v období 3 let před zahájením zadávacího řízení, s tím, že požadovaný objem 1 dodávky v ks za 1 rok musí odpovídat min. objemu předpokládaného odběru ks dané části zakázky za rok? Pokud ano, tak se uchazeč domnívá, že takto nastavený požadavek na splnění technické specifikace je stanoven nepřiměřeně a to z několika hledisek, za prvé požaduje 3 Významné zakázky, za druhé objem požadovaného počtu ks za rok je 3x vyšší než je předpokládané množství odebraných ks za rok, dále je zde požadavek na dodávky stejného druhu se stejnou technickou specifikací a v neposlední řadě zadavatel požaduje nad rámec § 79 odst. 2 osvědčení objednatel.

Může zadavatel upřesnit požadavek na Seznam významných dodávek a upravit ho tak, aby splňoval svůj primární účel a to prokázat, že uchazeč je schopen dodat zboží v požadovaném množství, a ne omezit soutěž požadavkem na nepřiměřené množství významných dodávek. Může zároveň zadavatel odstranit požadavek na osvědčení objednatel, aby byl požadavek na seznam významných dodávek v souladu se ZZVZ.

**Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, která splňuje všechny požadované parametry technické specifikace prokazující splnění Technické kvalifikace prokázáním 2 významných dodávek zboží se stejnou technickou specifikací v objemu ročního požadavku počtu ks v období 3 let před zahájením zadávacího řízení.**

#### **Odpověď zadavatele č.1**

Zadavatel upřesňuje, že požadavkem na prokázání významného plnění spočívajícího v poskytnutí alespoň: tří (3) významných dodávek shodného předmětu s předmětem plnění veřejné zakázky, tzn. dodávek zdravotnického materiálu shodného se zdravotnickým materiálem požadovaným zadavatelem, v rámci plnění veřejné zakázky, tedy splňující shodnou technickou specifikaci je myšleno, že dodavatel dodával sestavy implantátů shodné s názvy jednotlivých částí (= sestavy **kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dřikem, standard PE vložka acetabulární komponenty, Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vyššími pohybovými nároky ...** dle názvů jednotlivých částí VZ).

Zadavatel upřesňuje, že požadavkem na prokázání významného plnění spočívajícího v poskytnutí alespoň: tří (3) významných dodávek shodného předmětu s předmětem plnění veřejné zakázky, je myšlen objem od 3 odběratelů za 3 roky plnění (v kusech — kompletních sestavách). Objem za 3 roky plnění bude v minimálním rozsahu požadovaného objemu za 1 rok předpokládaného objemu kusů sestav 1 odběratele pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně. Pro upřesnění přikládáme tabulku s počtem sestav pro jednotlivé části. Osvědčení zadavatel nepožaduje, splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokazuje účastník předložením seznamu dodávek zpracovaného v podobě čestného prohlášení.

Část VZ	Název části veřejné zakázky	REFERENCE – počet kompletů pro jednoho odběratele za 3 roky
1	Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka	88
2	Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární komponenty.	60
3	Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, kombinace keramika-keramika.	20
4	Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky	50
5	Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vyššími pohybovými nároky	85

**S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5167>.

S přáním příjemného dne

.....  
Ing. Lukáš Mlejnek  
referent veřejných zakázek a nákupu