

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávky dezinfekčních přípravků pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Vážení dodavatelé,

výše uvedený zadavatel obdržel dne 3. 6. 2025 dotaz od dodavatele, a proto v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Dotaz č.1

Vážený zadavateli,

v souvislosti s nově upravenou technickou specifikací v části „Dezinfekční přípravky na plochy a povrchy ve formě pěny“, kde je uvedena účinnost A(B)(V) T při expoziční době „3 min. / do 60 min.“, si dovoluujeme upozornit na zásadní odbornou a provozní nesrovnalost. Podle platné evropské normy EN 13697, která stanovuje kvantitativní metodu testování účinnosti dezinfekce neporézních povrchů bez mechanického působení, je standardní expoziční doba maximálně 5 minut, přičemž rychle účinné prostředky bývají testovány i v časech 1–3 minut. Stanovení účinnosti při expoziční době až 60 minut je v přímém rozporu s tímto standardem i běžnou hygienickou praxí. V provozní realitě není možné udržet povrch po dobu 60 minut nepřetržitě vlhký – to by vyžadovalo opakovanou aplikaci pěny na stejné místo, jinak není deklarovaná účinnost dosažena. Takový požadavek je zcela neproveditelný, nepřiměřený a zvyhodňuje přípravky s laboratorně deklarovanou, avšak prakticky nepoužitelnou účinností. Z těchto důvodů žádáme o úpravu požadavku a jednoznačné stanovení expoziční doby v rozsahu maximálně 5 minut, v souladu s normou EN 13697 a hygienicko-epidemiologickými standardy, které reflektují reálné provozní podmínky.

Odpověď zadavatele č.1

Zadavatel konstatuje, že se v daném případě jednalo o administrativní chybu, která vznikla při přepisu podkladů. Z tohoto důvodu bude zadávací dokumentace upravena tak, aby účinnost dezinfekčního přípravku ve formě pěny byla prokázána při expoziční době **maximálně 5 minut**.

Zadavatel ve smyslu výše uvedených odpovědí na dotazy upravil Přílohu č. 1 – Specifikace předmětu plnění a Přílohu č.2 – Nabídková cena. Provedené úpravy jsou zvýrazněny v textu červenou barvou.

V návaznosti na provedené doplnění Zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek následovně:

Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek do **21. 07. 2025 do 10:00 hodin.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Přílohy:

- Přílohu č.1 – Specifikace předmětu plnění_16.6.2025
- Příloha č.2 – Nabídková cena_16.6.2025

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5255> .

S přáním příjemného dne

.....
Petra Kreisingerová
Referent obchodního oddělení