

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stříkačky a injekční jehly pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Vážení dodavatelé,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Dotaz č.1

V příloze 1 – Specifikace zadavatel požaduje „Sterilizováno EO bez ftalátů“. Domníváme se, že zde došlo k administrativní chybě, jelikož roztok sterilizovat EO nelze. Máme za to, že zadavatel měl na mysli sterilizaci gama zářením (při kterém nedochází k uvolňování nežádoucích a potenciálně nebezpečných látek z pístu stříkačky) tak, jak to odpovídá dosavadní praxi na jednotlivých pracovištích zadavatele.

Dotaz: Požaduje tedy zadavatel sterilizaci gama zářením?

Odpověď zadavatele č.1

Jedná se o administrativní chybu, zadavatel požaduje sterilizaci gama zářením.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5499> .

S přáním příjemného dne

.....
Ing. Helena Kocmanová, MBA
Vedoucí obchodního oddělení