

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stříkačky a injekční jehly pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Vážení dodavatelé,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Dotaz č.1

Zadavatel v technické specifikaci u výplachových stříkaček 50-60ml a 100ml část 3, požaduje dvojitý prstenec na zářezce pístu v horní části, zajištění proti náhodnému vytažení pístu. Bude zadavatele akceptovat nabídku stříkaček s dvojitým prstencem těsnění na pístu a 1 bezpečnostní zářezkou?

Odpověď zadavatele č.1

Zadavatel uvádí, že technická specifikace požaduje řešení, které zajistí ochranu proti nechtěnému vytažení pístu ze stříkačky, a současně těsnost při použití. V tomto smyslu zadavatel požaduje **minimálně jeden prstenec na těle pístu zajišťující těsnost a minimálně jeden konstrukční prvek (např. zářezku) zabráňující náhodnému vytažení pístu.**

Na základě výše uvedeného konstatuje zadavatel, že pokud nabízené stříkačky obsahují **dvojitý těsnicí prstenec na pístu a jednu funkční bezpečnostní zářezku**, která plní účel zabránění nechtěnému vytažení pístu, považuje takové řešení za **vyhovující technické specifikaci**.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5499> .

S přáním příjemného dne

.....
Ing. Helena Kocmanová, MBA
Vedoucí obchodního oddělení