

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

**ZADAVATEL:** Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa  
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva  
IČ: 272 83 518

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

### „Dodávky operačního oblečení“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

#### **Dotaz č.1**

*Dle článku X návrhu rámcové kupní smlouvy má kupující právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.*

*Prodávajícímu však toto právo přiznáno není, což podle našeho názoru není vyvážené, neboť smlouva by měla v tomto ohledu zajišťovat oběma smluvním stranám stejné, případně alespoň srovnatelné podmínky. Je, prosím, zadavatel ochoten upravit návrh rámcové kupní smlouvy v tomto smyslu?*

#### **Odpověď zadavatele č.1**

Zadavatel akceptoval a upravil přílohu č.4 Návrh rámcové kupní smlouvy.

---

#### **Dotaz č.2**

*Dobrý den, dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení ZD u části 1 - Bude u skupiny 1a 2 zadavatel akceptovat velikost ručníku 30x39cm?*

#### **Odpověď zadavatele č.2**

Zadavatel akceptuje navrhovaný rozměr ručníku změnou na rozměr 30 x 39 - 40cm.

---

#### **Dotaz č.3**

*Dobrý den, dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení ZD u části 1 - Bude zadavatel akceptovat jiné označení pro délky 130cm (XL), 150cm (XLL) a 170cm (2XLL)?*

#### **Odpověď zadavatele č.3**

Zadavatel akceptuje nabízené operační oblečení i s jiným označením velikostí, je však nutné dodržet požadované rozměry jednotlivých velikostí dle zadávací dokumentace.

---

#### **Dotaz č.4**

*Dobrý den, dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení ZD u části 1 - Bude u skupiny 2 a 3 zadavatel akceptovat*

*lepené šváry které mají větší pevnost v tahu?*

**Odpověď zadavatele č.4**

Na základě vzneseného dotazu potvrzujeme, že akceptujeme také provedení ve formě lepeného sváru, za předpokladu, že bude splněna odpovídající pevnost spoje, odolnost vůči sterilizačním procesům, biokompatibilita a další parametry, vyplývající z příslušných norem pro zdravotnické prostředky.

---

Zadavatel ve smyslu výše uvedených odpovědí na dotazy a vlastního zjištění upravil přílohu č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů a přílohu č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy 040925. Provedené úpravy jsou zvýrazněny v textu červenou barvou.

**S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

**Přílohy:**

Příloha č.3 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů040925

Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy 040925

Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5520> .

S pozdravem

.....  
Petra Kreisingerová  
Referent obchodního oddělení