



Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Dodávka až 100 ks automatických externích defibrilátorů“

zadávané formou sektorové podlimitní veřejné zakázky, tj. mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „*zadavatel*“) obdržel v níže uvedených termínech žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

I.

Zadavatel obdržel dne 25. 02. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dovoluji si navázat na můj telefonický dotaz, zda v rámci výběrového řízení na dodávku 100 ks defibrilátorů (dále jen AED) požadujete dodat také 2 sady náhradních elektrod a) k celkové dodávce 100 ks AED (značme 100 AED + 2 sady), anebo b) 2 sady náhradních elektrod ke každému jednomu AED (označme 100 AED + 2x100 sad). Cenový rozdíl je obrovský.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že ve věci veřejné zakázky vedené pod názvem „**Dodávka až 100 ks automatických externích defibrilátorů**“, požaduje variantu a) tzn. 100 AED (každé AED už obsahuje 1 pár elektrod, součást předmětu plnění) + 2 páry náhradních elektrod.

Zadavatel obdržel dne 26. 02. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Dobrý den, v zadávacích podmínkách (příloha č. 3 ZD – technická specifikace předmětu plnění) je uveden požadavek „*Tlačítko ON/OFF*“. Námi nabízený přístroj se zapne automaticky otevřením víka, čímž se spustí celý záchranný proces bez nutnosti dalšího úkonu obsluhy. Tento způsob zapnutí je v praxi považován za rychlejší, intuitivnější a snižuje riziko chyby / prodlevy při použití AED v krizové situaci. Zapnutí AED otevřením víka je funkčně ekvivalentním řešením k použití tlačítka ON/OFF. Umožní zadavatel nabídnout defibrilátor AED, který se zapíná otevřením víka přístroje?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na svém požadavku specifikovaném v Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění „*Tlačítko ON/OFF*“, přičemž uvádí, že jakkoli v této fázi poptávkového řízení nemůže dopředu odsouhlasit jednotlivá technická řešení dodavatelů, dodavatelem navrhované řešení „*Nabízený přístroj se zapne automaticky otevřením víka, čímž se spustí celý záchranný proces bez nutnosti dalšího úkonu obsluhy*“ je z technického hlediska pro zadavatele akceptovatelné.

Zadavatel obdržel dne 26. 02. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Požadavek: „Opakované použití přístroje (životnost) – min. 100 výbojů při 250–360 J.“

Námi nabízené AED defibrilátory pracují s maximální energií 200 J (bifázická křivka), což plně odpovídá mezinárodním standardům a je výrobcem certifikováno jako dostatečné pro úspěšnou defibrilaci. Prosíme proto o potvrzení, zda zadavatel bude akceptovat AED s maximální energií 200 J, pokud splňují všechny ostatní požadavky a jsou certifikovány dle platných norem.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel upravuje svůj požadavek specifikovaný v Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění: „*Opakované použití přístroje – min. 100 výbojů při 200 – 360 J*“.

Zadavatel dále k výše uvedeným dotazům uvádí:

Zadavatel k dotazům uvádí, že upravuje zadávací podmínky a předkládá aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění ve znění změn, viz příloha.

Příloha č. 1 VZD – Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – ve znění změn ze dne 27. 02. 2026.

II.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace č. 1 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do **16. 03. 2026 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na Profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

V Ostravě 27. 02. 2026

.....
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
úsek nákup a správa společnosti